

ADA – Adenosina Deaminase

Preparo: Não há

Amostra: Líquidos cavitários (pleural, ascíte, peritoneal) e liquor

Método: “in house”

Referência:

Sugestivo de TB:

- Líquidos cavitários: superior a 40,0 U/L
- Liquor: até 9,0 U/L

Interpretação: Resultado superior a 40,0 U/L é sugestivo de tuberculose. Há estados em que a ADA (adenosina deaminase) pode estar aumentada, como em linfomas e empiema pleural com complicações, implicando, nestes casos, em resultado falso-positivo para indicação de TB.