

Alumínio sérico

Preparo: Jejum de 4 horas

Amostra: Soro

Método: Espectrometria de absorção atômica

Referência:

- População em geral: até 10 ug/L
- Pacientes em hemodiálise: até 30 ug/L

Interpretação: Utilizado no seguimento de pacientes com insuficiência renal crônica em uso de terapia hemodinâmica.